



# Instruction Sheet

Anleitung • Feuille d'Instructions • Hoja de Instrucciones

## CMP3 Pyranometer



< 2000 W/m<sup>2</sup>



0.3 kg (Albedo 0.9 kg)




max. 80°C / 176°F  
min. -40°C / -40°F



Kipp & Zonen B.V.  
P.O. Box 507, 2600 AM Delft  
The Netherlands  
+31 15 2755 210  
info@kippzonen.com  
www.kippzonen.com

IP 67 CE


1 Radiometer  
Radiomètre  
Radiómetro




2 Sun screen  
Sonnenschirm  
Écran solaire  
Pantalla solar




3 Test reports  
Prüfberichte  
Rapports des essais  
Informes de prueba




4 Cable  
Kabel  
Câble  
Cable





5 Pyranometer Fixing Kit  
Pyranometer Befestigungssatz  
Kit de fixation du pyranomètre  
Kit de fijación para el Piranómetro



6 Instruction sheet  
Anleitung  
Feuille d'instructions  
Hoja de Instrucciones



M5 x 30 (2x)  
M5 x 40 (2x)  
M5 x 50 (2x)



Keep original packaging for recalibration  
Verwahren Sie die Originalverpackung für den Versand zur Rekaliierung  
Gardez l'emballage original pour le recalibrage  
Guarde el embalaje original para la recalibración

# User Information

Anwenderinformation • Information Utilisateur • Información para el Usuario

Read this document carefully before installation.

Warranty is 2 years from date of invoice, subject to correct installation and use. Kipp & Zonen accepts no liability for any loss or damages arising from incorrect use of the product. This device conforms to the EU 'CE' guideline 89/336/EEC 73/23/EEC. Unauthorised modifications may void the warranty and CE validity. For the latest product support information visit our website.

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor der Installation

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab dem Rechnungsdatum, abhängig von korrekter Installation und Gebrauch. Kipp & Zonen übernimmt keine Haftung für mögliche Verluste oder Beschädigungen, die durch den falschen Gebrauch des Produktes entstehen. Dieses Produkt entspricht der EU 'CE' Richtlinie 89/336/EEC 73/23/EEC. Nicht autorisierte Änderungen können die Garantie und die CE-Konformität aufheben. Die neuesten Produktinformationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Lisez ce document soigneusement avant installation

La garantie est de 2 ans à dater de la facture, pour une installation et une utilisation correctes. Kipp & Zonen n'accepte aucune responsabilité quant à la perte ou dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Ce dispositif est conforme à la directive EU 'CE' 89/336/EEC 73/23/EEC. Toutes modifications non autorisées peuvent annuler la garantie et la validité CE. Consultez notre website pour tout renseignement "support produit".

Lea este documento cuidadosamente antes de la instalación.


La garantía es de 2 años contados desde de la fecha de adquisición y está condicionada a una instalación y utilización correctas. Kipp & Zonen no acepta ninguna responsabilidad por pérdida o daños resultantes de un uso incorrecto del producto. Este dispositivo es conforme con las directrices 89/336/EEC 73/23/EEC de 'CE' y de la EU. Las modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía y la validez CE. Para obtener la última de la información de soporte del producto les rogamos visiten nuestro website.

© 2016 Kipp & Zonen B.V.

All Rights Reserved  
Alle Rechte vorbehalten  
Tous Droits Réservés  
Reservados Todos los Derechos

0338321 - V1603

\* = Sensor Height  
Sensor Höhe • Hauteur de Capteur • Altura del Sensor



## Specifications

Spezifikationen • Spécifications • Especificaciones


Spectral range Spektralbereich • Gamme spectrale • Rango espectral		300 to 2800 nm
Response time Ansprechzeit • Temps de réponse • Tiempo de respuesta	@ 95 %	< 18 s
Non-linearity Nichtlinearität • Non-linéarité • No-linealidad	0 to 1000 W/m <sup>2</sup>	< 1 %
Temperature dependence of sensitivity Temperaturabhängigkeit der Empfindlichkeit Dépendance en température de la sensibilité Temperatura dependiente de la sensibilidad	-10 °C to +40 °C	< 5 %
Directional error Richtungsfehler • Erreur directionnelle • Error direccional	Up to 80 ° (with 1000 W/m <sup>2</sup> beam)	< 20 W/m <sup>2</sup>
Tilt error Neigungsfehler • Erreur d'inclinaison • Error de inclinación	@ 1000 W/m <sup>2</sup>	< 2 %
Zero offsets Null-Offset • Zéro offsets • Offsets de Cero	A: 200 W/m <sup>2</sup> FIR B: dT = 5 K/h	A: < 15 W/m <sup>2</sup> B: < 5 W/m <sup>2</sup>
Non-stability (change/year) Jährliche Stabilitätsabweichung Instabilité par an Variación anual de la estabilidad		< 1 %
Uncertainty in daily total Messunsicherheit der täglichen Summen Incertitude sur le total journalier Incertidumbre total diaria		< 10 %

# Mechanical

Mechanisch • Mecanique • Mecánica

- 1 Unobstructed horizon  
Freier Horizont  
Horizon non obstrué  
Horizonte sin obstáculo
- 2 Solid surface  
Feste Oberfläche  
Surface solide  
Superficie sólida
- 3 Point cable towards nearest pole  
Kabelausrichtung zum nächsten Pol  
Pointez le câble vers le pôle le plus proche  
Orientar el cable hacia el polo más próximo
- 4 Level instrument  
Nivellieren Sie den Sensor  
Instrument de niveau  
Nivelar el instrumento
- 5 Mount with screws, washers and nuts  
Montage mit Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben  
Montez avec les vis, anneaux et écrous  
Montaje con los tornillos, arandelas y tuercas
- 6 Mount sun screen  
Montage des Sonnenschirmes  
Montez l'écran solaire  
Montar de pantalla de sol
- 7 Albedo set-up  
Albedo-einstellung  
Installation d'albedo  
Ajuste del albedo

Pin Layout (Instrument)  
Steckerbelegung  
Schéma des connexions  
Diagrama de conexiones



Minimize interference from mounting device  
Minimierung von Störungen durch die Montagevorrichtung  
Réduisez au minimum l'interférence du dispositif de support  
Minimice las interferencias del elemento de soporte

h ≈ 1.5 m above cut grass  
h = 1,5 m über kurz geschrittenem Gras  
h = 1,5 m au dessus de l'herbe rase  
h = 1,5 m sobre hierba segada

>1 MΩ Impedance  
Impédance  
Impedancia

Calculate Irradiance  
Berechnung der Strahlung • Calcul de l'irradiance • Cálculo de la irradiancia

$$E_{Solar} = \frac{U_{emf}}{S}$$

$E_{Solar}$  [W/m<sup>2</sup>] = Irradiance  
Strahlungsstärke • Rayonnement • Irradiación

$U_{emf}$  [μV] = Output Voltage  
Ausgangsspannung • Sortie tension • Voltaje de salida

$S$  [ $\frac{\mu V}{W/m^2}$ ] = Sensitivity  
Empfindlichkeit • Sensibilité • Sensibilidad

Typical Values  
Typische Werte • Valeurs types • Valores típicos




Fully clouded  
Bewölkt  
Très nuageux  
Totalmente Nublado

50 to 120 W/m<sup>2</sup>



Sunny, partly clouded  
Sonnig, teils bewölkt  
Ensoleillé, un peu nuageux  
Parcialmente nublado

120 to 500 W/m<sup>2</sup>



Clear and Sunny  
Klarer Himmel und sonnig  
Clair et ensoleillé  
Cielo despejado

500 to 1000 W/m<sup>2</sup>

# Delivery Contents

Lieferumfang • Contenu de la Livraison • Contenido del Suministro

# Specifications

Spezifikationen • Spécifications • Especificaciones

# Maintenance

Wartung • Entretien • Mantenimiento

# Measurement

Messung • Mesure • Medida